



Certyfikat Jakości
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Kołobrzeg, dnia 29.06.2015r.

KOMUNIKAT NR 1

Dot.: ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 22.06.2015r. nr 150668-2015 na dostawę wanien do balneoterapii i hydroterapii szt. 5.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

PYTANIE:

„Urządzenie wskazane przez Zamawiającego jest jedynym takim sprzętem na rynku co wyklucza konkurencję. Czy Zamawiający dopuści zamiast wanien opisanych w specyfikacji, wannę opisaną poniżej, o nie gorszych parametrach?”



Wanna do wykonywania hydromasażu całkowitego w solance z dodatkowy uzupełnieniem masażem perełkowym. Możliwość wykonania kąpieli kwasowęglowej.

Kształt niecki wanny umożliwi wygodne ułożenie pacjenta w wannie, jej długość wewnętrzna dostosowana jest do zastosowań medycznych.

Urządzenie stanowi zamkniętą całość konstrukcyjną:

- korpus wanny ukształtowany anatomicznie z wysokojakościowego tworzywa akrylowego, bez szwów, kolor pastelowy niebieski lub biały
- wanna wzmocniona specjalnym laminatem z włókien szklanych



Certyfikat Jakości
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001


- obudowa wykonana z białego poliestru
- podstawa stalowa.

Wyposażenie:

1. Obudowa w kolorze białym
2. Pneumatyczna przestawna podpórka pod stopy.
3. Uchwyty do rąk na krawędzi wanny.
4. Poduszka pod głowę.
5. Przyłącza montażowe.
6. Automatyczne płukanie całego systemu kanałów, po każdym opróżnieniu wanny.
7. Półautomatyczne urządzenie do dezynfekcji systemu kanałów.
8. Agregat pompowy z tworzywa sztucznego, z rozdzieleniem elektrycznym wałka silnika od pompy.
9. Zabezpieczenie przed pracą „na sucho”.
10. Dysze wirowe inżektorowe – 16 szt., płaskie (nie wystają poza płaszczyznę niecki wanny)
 - 2 dysze – stopy
 - 2 x 4 dysze nogi/biodra
 - 2 x 3 dysze - plecy
11. Ergonomiczna głębokość -46 cm.
12. Ergonomiczna wysokość wanny - 62 cm.
13. System napowietrzania (kąpiel perełkowa) - pasywny, regulowany,
do zasilania powietrzem dyszy wirowych,
2 zawory regulacyjne – dwa zakresy działania:
I - stopy/nogi, II - biodra/plecy.
14. Tablica sterownicza — moduł sterowniczy, w systemie „digital” oparty o pracę mikroprocesorów, z klawiaturą foliową funkcją programowania czasów terapii, wł./wył
- bateria z wylewką DN 20 3/4" do nalewania ciepłej i zimnej solanki (wody agresywnej)
- armatura prysznicowa do wody słodkiej o ustalonej temperaturze nie wyższej niż 55°C,
odporna na wodę agresywną (solankę)
- oddzielny system napełniania wodą kwasowęglową

Dane techniczne:

zasilanie sieciowe : 230 V
pobór mocy : 1,8 kW
częstotliwość sieciowa : 50 Hz
napięcie sterowania : 12 V
agregat pompowy
silnik : 230 V; 1,6 kW,
wydajność : ok. 400 l/min;
przyłącze wodne



Certyfikat Jakości
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

ciepła i zimna woda : 3/4"
ciepła i zimna solanka : 3/4"
wymiary (dł x szer x wys)
zewnętrzne : ok.2.000 x 825 x 620mm
pojemność wanny : ok.200 l³

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuści wanny o wymienionych parametrach w pytaniu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu III SIWZ, jak i w załączniku nr 1 do SIWZ.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWSKOWEGO
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KOŁOBRZEGU
[Signature]
dr n. med. Ryszard Leszczyński