



Certyfikat Jakości
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Kołobrzeg, dnia 29.06.2015r.

KOMUNIKAT NR 2

Dot.: ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 22.06.2015r. nr 150668-2015 na dostawę wanien do balneoterapii i hydroterapii szt. 5.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

PYTANIE NR 1

„Czy Zamawiający dopuści wannę do balneoterapii i hydroterapii wykonaną z tworzywa sztucznego TWS?

Akryl jako tworzywo sztuczne przepuszcza parę wodną, w przeciwieństwie do TWS. Przeniknięty parą wodną akryl oddziela się po pewnym czasie od warstwy TWS. Wpadające do wanny przedmioty, takie jak np. korek zamykający odpływ wody, mogą uszkodzić warstwę akrylu. TWS jest żywicą poliestrową wzmocnioną włóknami szklanymi. Na pozytywną formę zostaje naniesiona warstwowo tkanka i żywica, aż do osiągnięcia pożądanej grubości materiału. Grubość warstwy farby jest realnie mała (około 2 mm) i jest dodatkowo polakierowana na wierzchniej stronie powłoką GELCOAT. Uszkodzenia mogą zostać naprawione w sposób nie pozostawiający śladów, przy zastosowaniu farby i żywicy, bez zbytniego nakładu kosztów. TWS jest nad wyraz elastyczny i odporny na uszkodzenia.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający dopuści wannę do balneoterapii i hydroterapii o wymiarach nie gorszych i bardzo zbliżonych: dł./szer./wys. 2300/960/900?”

ODPOWIEDZI:

Zamawiający nie dopuści wanny o wymienionych parametrach w pytaniach.

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu III SIWZ, jak i w załączniku nr 1 do SIWZ.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWISKOWEGO
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KOŁOBRZEGU

dr n. med. Ryszard Leszczyński