

.....
(pieczęć firmowa Zamawiającego)

Kołobrzeg, dnia 22 czerwca 2015 roku.

Sprawa nr 12/2015

Załącznik nr 1
(do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wanna do balneoterapii i hydroterapii

Ilość sztuk: 5

L.p.	Parametry wymagane	Warunek graniczny	Parametry oferowane, opis, komentarz
1	Wanna balneologiczna do hydromasażu, solanki i CO2	TAK	
2	Wanna wykonana z wysokiej jakości, wzmocnionego włóknem szklanym akrylu	TAK	
3	Niecka i armatura odporne na działanie solanki,	TAK	
4	Zużycie wody podczas zabiegu - 160-280 l,	TAK	
5	26 dysz kierunkowych do hydromasażu,	TAK	
6	Odliczanie czasu trwania zabiegu (1-99 min.),	TAK	
7	System automatycznej dezynfekcji i odkamieniania,	TAK	
8	System usuwania wody z całej instalacji wanny,	TAK	
9	2 czujniki temperatury wody,	TAK	
10	Poręcze na dłonie, profilowane miejsca na kończyny górne i dolne pomagające zachować odpowiednią pozycję podczas zabiegu,	TAK	
11	W zestawie poręcze, zagłówek dla pacjenta i stopień prostokątny z poręczą	TAK	
12	Wymiary (dł. x szer. x wys.): 214 cm x 85 cm x 85 cm	TAK	

Kierownik Działu Usprawnienia Leczniczego
lek. med. Maria Pietryk